CÁLCULO DE IOL

Paciente	**CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	22/dic./1954		
Sexo	Femenino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	20206		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **21/ene./2026** Fecha verif. calibración: **21/ene./2026**de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho						OS izquierdo					
LS	Fáquica		LVC	No tratado		LS	Fáquica		LVC	No tratado	
VS	Humor vítreo		Modo LVC	-		VS	Humor vítreo		Modo LVC	-	
Refr. dest.	**+0.00 D**		SIA	0.35 D	Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**		SIA	0.35 D	Inc 135°

(n=1.3375) — VALORES BIOMÉTRICOS — ! Valor límite * valor editado manualmente

AL	**24.63 mm**	**(!)**	WTW	12.1 mm	(!)	**AL**	**23.25 mm**		WTW	12.1 mm	
ACD	2.91 mm		Pupila	3.7 mm		ACD	2.79 mm		Pupila	3.7 mm	
LT	4.49 mm		Ix / Iy	+0.4 mm / -0.2 mm		LT	4.56 mm		Ix / Iy	-0.5 mm /+0.1 mm	
CCT	493 µm		Kappa	0.4 mm	@ 170°	CCT	475 µm		Kappa	0.4 mm	@ 341°
Ast. K	**-2.13 D**	**@ 164°**	**Ast. TK**	**-1.96 D**	**@ 164°**	**Ast. K**	**-0.83 D**	**@ 178°**	**Ast. TK**	**-0.88 D**	**@ 0°**
Avg. K	44.66 D		Avg. TK	44.78 D	(!)	Avg. K	44.29 D	(!)	Avg. TK	44.24 D	(!)
K1	43.62 D	@ 164°	TK1	43.82 D	@ 164°	K1	43.88 D	@ 178°	TK1	43.80 D	@ 0°
K2	45.75 D	@ 74°	TK2	45.78 D	@ 74°	K2	44.70 D	@ 88°	TK2	44.69 D	@ 90°

CÁLCULO DE IOL

⟲ Rotación del eje

CT ASPHINA 509MP

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+15.50	-0.61
+15.00	-0.24
+14.50	**+0.12**
+14.00	+0.48
+14.67	0.00

a0 -0.626 a1 +0.212 a2 +0.181

AT LISA tri 839MP

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+16.50	-0.62
+16.00	-0.27
+15.50	**+0.08**
+15.00	+0.42
+15.61	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+15.50	-0.76
+15.00	-0.38
+14.50	**-0.01**
+14.00	+0.36
+14.49	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT ASPHINA 509MP

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.94
+20.50	-0.56
+20.00	**-0.18**
+19.50	+0.19
+19.76	0.00

a0 -0.626 a1 +0.212 a2 +0.181

AT LISA tri 839MP

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.81
+21.50	-0.45
+21.00	**-0.09**
+20.50	+0.27
+20.88	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.81
+20.50	-0.43
+20.00	**-0.06**
+19.50	+0.31
+19.92	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+17.50	-0.72
+17.00	-0.38
+16.50	**-0.05**
+16.00	+0.28
+16.42	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+16.50	-0.69
+16.00	-0.34
+15.50	**+0.01**
+15.00	+0.36
+15.52	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SN60WF

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+17.00	-0.85
+16.50	-0.50
+16.00	**-0.16**
+15.50	+0.19
+15.77	0.00

a0 -0.769 a1 +0.234 a2 +0.217

CT LUCIA 621P

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.61
+22.50	-0.27
+22.00	**+0.07**
+21.50	+0.41
+22.11	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.64
+21.50	-0.28
+21.00	**+0.07**
+20.50	+0.42
+21.11	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SN60WF

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.58
+21.50	-0.23
+21.00	**+0.13**
+20.50	+0.47
+21.18	0.00

a0 -0.769 a1 +0.234 a2 +0.217

CT LUCIA 221P

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+17.00	-0.63
+16.50	-0.28
+16.00	**+0.05**
+15.50	+0.39
+16.08	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

Akreos Adapt

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+16.00	-0.84
+15.50	-0.47
+15.00	**-0.11**
+14.50	+0.25
+14.85	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+17.00	-0.76
+16.50	-0.42
+16.00	**-0.07**
+15.50	+0.26
+15.89	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

CT LUCIA 221P

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.77
+22.50	-0.42
+22.00	**-0.07**
+21.50	+0.27
+21.89	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

Akreos Adapt

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.61
+20.50	-0.24
+20.00	**+0.13**
+19.50	+0.49
+20.17	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.75
+22.00	-0.39
+21.50	**-0.04**
+21.00	+0.31
+21.44	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA**
Fecha de nacimie...	22/dic./1954
Sexo	Femenino
ID paciente	20206
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **21/ene./2026** Fecha verif. calibración: **21/ene./2026**de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+16.50	-0.78
+16.00	-0.43
+15.50	**-0.08**
+15.00	+0.27
+15.39	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+16.50	-0.75
+16.00	-0.39
+15.50	**-0.04**
+15.00	+0.31
+15.44	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
+17.00	-0.77
+16.50	-0.43
+16.00	**-0.08**
+15.50	+0.25
+15.88	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.77
+21.50	-0.41
+21.00	**-0.05**
+20.50	+0.30
+20.93	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.86
+21.50	-0.49
+21.00	**-0.13**
+20.50	+0.23
+20.82	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.63
+22.00	-0.27
+21.50	**+0.07**
+21.00	+0.42
+21.61	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA**
Fecha de nacimie...	22/dic./1954
Sexo	Femenino
ID paciente	20206
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com

Fecha de la medición **21/ene./2026** Fecha verif. calibración: **21/ene./2026**de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! La longitud axial del ojo derecho es 1.38 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) — VALORES BIOMÉTRICOS — ! Valor límite * valor editado manualmente

	OD			OS		
AL	**24.63 mm (!)**	SD 23 µm	WTW 12.1 mm (!)	**AL**	**23.25 mm**	SD 14 µm	WTW 12.1 mm
ACD	2.91 mm	SD 6 µm	Pupila 3.7 mm	ACD	2.79 mm	SD 12 µm	Pupila 3.7 mm
LT	4.49 mm	SD 10 µm	Ix / Iy +0.4 mm / -0.2 mm	LT	4.56 mm	SD 18 µm	Ix / Iy -0.5 mm / +0.1 mm
CCT	493 µm	SD 4 µm	Kappa 0.4 mm @ 170 °	CCT	475 µm	SD 4 µm	Kappa 0.4 mm @ 341 °


	OD			OS		
Ast. K	**-2.13 D**	**@ 164°**		**Ast. K**	**-0.83 D**	**@ 178°**	
Avg. K	44.66 D		SD 0.02 D	Avg. K	44.29 D	(!)	SD 0.01 D
K1	43.62 D	@ 164°	SD 0.02 D	K1	43.88 D	@ 178°	SD 0.02 D
K2	45.75 D	@ 74°	SD 0.06 D	K2	44.70 D	@ 88°	SD 0.04 D
Ast. TK	**-1.96 D**	**@ 164°**		**Ast. TK**	**-0.88 D**	**@ 0°**	
Avg. TK	44.78 D	(!)	SD 0.09 D	Avg. TK	44.24 D	(!)	SD 0.11 D
TK1	43.82 D	@ 164°	SD 0.03 D	TK1	43.80 D	@ 0°	SD 0.06 D
TK2	45.78 D	@ 74°	SD 0.20 D	TK2	44.69 D	@ 90°	SD 0.19 D

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER (!)




Ast. TK
-1.96 D @ 164°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA




BLANCO-A-BLANCO



ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER (!)




Ast. TK
-0.88 D @ 0°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA



BLANCO-A-BLANCO



Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA		
Fecha de nacim.	22/dic./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	20206		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! La longitud axial del ojo derecho es 1.38 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 24.63 mm (!) SD: 23 µm	AL: 23.25 mm SD: 14 µm
ACD: 2.91 mm SD: 6 µm	ACD: 2.79 mm SD: 12 µm
LT: 4.49 mm SD: 10 µm	LT: 4.56 mm SD: 18 µm
WTW: 12.1 mm (!)	WTW: 12.1 mm
SE: 44.66 D SD: 0.02 D	SE: 44.29 D (!) SD: 0.01 D
K1: 43.62 D @164°	K1: 43.88 D @178°
ΔK: -2.13 D @164°	ΔK: -0.83 D @178°
K2: 45.75 D @ 74°	K2: 44.70 D @ 88°
TSE: 44.78 D (!) SD: 0.09 D	TSE: 44.24 D (!) SD: 0.11 D
TK1: 43.82 D @164°	TK1: 43.80 D @ 0°
ΔTK: -1.96 D @164°	ΔTK: -0.88 D @ 0°
TK2: 45.78 D @ 74°	TK2: 44.69 D @ 90°

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Haigis -
a0: -0.626 a1: +0.212 a2: +0.181

IOL (D)	Ref (D)
+15.50	-0.61
+15.00	-0.24
+14.50	**+0.12**
+14.00	+0.48
+13.50	+0.84
+14.67	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.62
+16.00	-0.27
+15.50	**+0.08**
+15.00	+0.42
+14.50	+0.76
+15.61	Emetropía

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- Haigis -
a0: -0.626 a1: +0.212 a2: +0.181

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.94
+20.50	-0.56
+20.00	**-0.18**
+19.50	+0.19
+19.00	+0.56
+19.76	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.81
+21.50	-0.45
+21.00	**-0.09**
+20.50	+0.27
+20.00	+0.62
+20.88	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+15.50	-0.76
+15.00	-0.38
+14.50	**-0.01**
+14.00	+0.36
+13.50	+0.72
+14.49	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.72
+17.00	-0.38
+16.50	**-0.05**
+16.00	+0.28
+15.50	+0.60
+16.42	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.81
+20.50	-0.43
+20.00	**-0.06**
+19.50	+0.31
+19.00	+0.68
+19.92	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.61
+22.50	-0.27
+22.00	**+0.07**
+21.50	+0.41
+21.00	+0.74
+22.11	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA		
Fecha de nacim.	22/dic./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	20206		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! La longitud axial del ojo derecho es 1.38 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS:	Fáquica	LS:	Fáquica
VS:	Humor vítreo	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	Ref:	---
VA:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	LVC:	No tratado
Modo LVC:	-	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	Refr. dest.:	+0.00 D
SIA:	+0.35 D @ 135°	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD			OS		
AL:	24.63 mm (!)	SD: 23 µm	AL:	23.25 mm	SD: 14 µm
ACD:	2.91 mm	SD: 6 µm	ACD:	2.79 mm	SD: 12 µm
LT:	4.49 mm	SD: 10 µm	LT:	4.56 mm	SD: 18 µm
WTW:	12.1 mm (!)		WTW:	12.1 mm	
SE:	44.66 D	SD: 0.02 D	SE:	44.29 D	(!) SD: 0.01 D
K1:	43.62 D	@164°	K1:	43.88 D	@178°
ΔK:	-2.13 D	@164°	ΔK:	-0.83 D	@178°
K2:	45.75 D	@ 74°	K2:	44.70 D	@ 88°
TSE:	44.78 D	(!) SD: 0.09 D	TSE:	44.24 D	(!) SD: 0.11 D
TK1:	43.82 D	@164°	TK1:	43.80 D	@ 0°
ΔTK:	-1.96 D	@164°	ΔTK:	-0.88 D	@ 0°
TK2:	45.78 D	@ 74°	TK2:	44.69 D	@ 90°

TK ZEISS CT LUCIA 202 — OD

- Haigis - a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.69
+16.00	-0.34
+15.50	**+0.01**
+15.00	+0.36
+14.50	+0.70
+15.52	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF — OD

- Haigis - a0: -0.769 a1: +0.234 a2: +0.217

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.85
+16.50	-0.50
+16.00	**-0.16**
+15.50	+0.19
+15.00	+0.52
+15.77	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 202 — OS

- Haigis - a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.64
+21.50	-0.28
+21.00	**+0.07**
+20.50	+0.42
+20.00	+0.77
+21.11	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF — OS

- Haigis - a0: -0.769 a1: +0.234 a2: +0.217

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.58
+21.50	-0.23
+21.00	**+0.13**
+20.50	+0.47
+20.00	+0.82
+21.18	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P — OD

- Haigis - a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.63
+16.50	-0.28
+16.00	**+0.05**
+15.50	+0.39
+15.00	+0.72
+16.08	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt — OD

- Haigis - a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+16.00	-0.84
+15.50	-0.47
+15.00	**-0.11**
+14.50	+0.25
+14.00	+0.61
+14.85	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P — OS

- Haigis - a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.77
+22.50	-0.42
+22.00	**-0.07**
+21.50	+0.27
+21.00	+0.61
+21.89	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt — OS

- Haigis - a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.61
+20.50	-0.24
+20.00	**+0.13**
+19.50	+0.49
+19.00	+0.85
+20.17	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA		
Fecha de nacim.	22/dic./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	20206		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! La longitud axial del ojo derecho es 1.38 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

Cálculo de IOL

OD derecho

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	24.63 mm (!)	SD:	23 µm				
ACD:	2.91 mm	SD:	6 µm				
LT:	4.49 mm	SD:	10 µm				
WTW:	12.1 mm (!)						
SE:	44.66 D	SD:	0.02 D	K1:	43.62 D	@	164°
ΔK:	-2.13 D	@	164°	K2:	45.75 D	@	74°
TSE:	44.78 D (!)	SD:	0.09 D	TK1:	43.82 D	@	164°
ΔTK:	-1.96 D	@	164°	TK2:	45.78 D	@	74°

TK Bausch + Lomb enVista

- Haigis -
a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.76
+16.50	-0.42
+16.00	**-0.07**
+15.50	+0.26
+15.00	+0.60
+15.89	Emetropía

TK PhysIOL Micro F

- Haigis -
a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.78
+16.00	-0.43
+15.50	**-0.08**
+15.00	+0.27
+14.50	+0.62
+15.39	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT

- Haigis -
a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.75
+16.00	-0.39
+15.50	**-0.04**
+15.00	+0.31
+14.50	+0.65
+15.44	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123

- Haigis -
a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.77
+16.50	-0.43
+16.00	**-0.08**
+15.50	+0.25
+15.00	+0.59
+15.88	Emetropía

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	23.25 mm	SD:	14 µm				
ACD:	2.79 mm	SD:	12 µm				
LT:	4.56 mm	SD:	18 µm				
WTW:	12.1 mm						
SE:	44.29 D (!)	SD:	0.01 D	K1:	43.88 D	@	178°
ΔK:	-0.83 D	@	178°	K2:	44.70 D	@	88°
TSE:	44.24 D (!)	SD:	0.11 D	TK1:	43.80 D	@	0°
ΔTK:	-0.88 D	@	0°	TK2:	44.69 D	@	90°

TK Bausch + Lomb enVista

- Haigis -
a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.75
+22.00	-0.39
+21.50	**-0.04**
+21.00	+0.31
+20.50	+0.65
+21.44	Emetropía

TK PhysIOL Micro F

- Haigis -
a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.77
+21.50	-0.41
+21.00	**-0.05**
+20.50	+0.30
+20.00	+0.65
+20.93	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT

- Haigis -
a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.86
+21.50	-0.49
+21.00	**-0.13**
+20.50	+0.23
+20.00	+0.58
+20.82	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123

- Haigis -
a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.63
+22.00	-0.27
+21.50	**+0.07**
+21.00	+0.42
+20.50	+0.76
+21.61	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA
Fecha de nacim.	22/dic./1954
ID del paciente	20206
Sexo	Femenino
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! La longitud axial del ojo derecho es 1.38 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

OD derecho — Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	24.63 mm (!)	SD:	23 µm	WTW:	12.1 mm (!)	Ix:	+0.4 mm
CCT:	493 µm	SD:	4 µm	P:	3.7 mm	Iy:	-0.2 mm
ACD:	2.91 mm	SD:	6 µm			CW-chord:	0.4 mm @ 170°
LT:	4.49 mm	SD:	10 µm				


SE:	44.66 D		SD: 0.02 D	TSE:	44.78 D	(!)	SD:	0.09 D
K1:	43.62 D	@ 164°	SD: 0.02 D	TK1:	43.82 D	@ 164°	SD:	0.03 D
K2:	45.75 D	@ 74°	SD: 0.06 D	TK2:	45.78 D	@ 74°	SD:	0.20 D
ΔK:	-2.13 D	@ 164°		ΔTK:	-1.96 D	@ 164°		


Scan B — Fijación



Total Axial Power (!) — Queratometría — Blanco a blanco







(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA		
Fecha de nacim.	22/dic./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	20206		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! La longitud axial del ojo derecho es 1.38 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.25 mm	SD:	14 µm	WTW:	12.1 mm	Ix:	-0.5 mm
CCT:	475 µm	SD:	4 µm	P:	3.7 mm	Iy:	+0.1 mm
ACD:	2.79 mm	SD:	12 µm			CW-chord:	0.4 mm @ 341°
LT:	4.56 mm	SD:	18 µm				


SE:	44.29 D	(!)	SD: 0.01 D	TSE:	44.24 D	(!)	SD: 0.11 D
K1:	43.88 D	@ 178°	SD: 0.02 D	TK1:	43.80 D	@ 0°	SD: 0.06 D
K2:	44.70 D	@ 88°	SD: 0.04 D	TK2:	44.69 D	@ 90°	SD: 0.19 D
ΔK:	-0.83 D	@ 178°		ΔTK:	-0.88 D	@ 0°	

Scan B




Fijación


Total Axial Power (!)



Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA		
Fecha de nacim.	22/dic./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	20206		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! La longitud axial del ojo derecho es 1.38 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

Valores biométricos

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica VS: Humor vítreo	LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---	Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Valores biométricos	
AL: **24.63** mm (!) SD: 23 µm	AL: **23.25** mm SD: 14 µm
CCT: **493** µm SD: 4 µm	CCT: **475** µm SD: 4 µm
ACD: **2.91** mm SD: 6 µm	ACD: **2.79** mm SD: 12 µm
LT: **4.49** mm SD: 10 µm	LT: **4.56** mm SD: 18 µm

AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT
24.60 mm	495 µm	2.91 mm	4.49 mm	23.23 mm	470 µm	2.81 mm	4.54 mm
24.62 mm	493 µm	2.91 mm	4.50 mm	23.25 mm	478 µm	2.80 mm	4.56 mm
24.64 mm	488 µm	2.91 mm	4.50 mm	23.26 mm	475 µm	2.80 mm	4.57 mm
24.64 mm	493 µm	2.91 mm	4.50 mm	23.25 mm	476 µm	2.79 mm	4.57 mm
24.65 mm	494 µm	2.91 mm	4.49 mm	23.25 mm	476 µm	2.78 mm	4.56 mm
24.63 mm	494 µm	2.91 mm	4.49 mm	23.25 mm	477 µm	2.78 mm	4.57 mm

Valores de la córnea	
SE: **44.66** D SD: 0.02 D	SE: **44.29** D (!) SD: 0.01 D
K1: **43.62** D @ **164**° SD: 0.02 D	K1: **43.88** D @ **178**° SD: 0.02 D
K2: **45.75** D @ **74**° SD: 0.06 D	K2: **44.70** D @ **88**° SD: 0.04 D
ΔK: **-2.13** D @ **164**°	ΔK: **-0.83** D @ **178**°
SE: 44.65 D ΔK: -2.10 D @ 164°	SE: 44.40 D ΔK: -0.84 D @ 177°
SE: 44.65 D ΔK: -2.10 D @ 163°	SE: 44.26 D ΔK: -0.73 D @ 3°
SE: 44.72 D ΔK: -2.35 D @ 165°	SE: 44.29 D ΔK: -0.86 D @ 176°
TSE: **44.78** D (!) SD: 0.09 D	TSE: **44.24** D (!) SD: 0.11 D
TK1: **43.82** D @ **164**° SD: 0.03 D	TK1: **43.80** D @ **0**° SD: 0.06 D
TK2: **45.78** D @ **74**° SD: 0.20 D	TK2: **44.69** D @ **90**° SD: 0.19 D
ΔTK: **-1.96** D @ **164**°	ΔTK: **-0.88** D @ **0**°
TSE: 44.73 D ΔTK: -1.94 D @ 164°	TSE: 44.40 D ΔTK: -0.98 D @ 1°
TSE: 44.76 D ΔTK: -1.91 D @ 162°	TSE: 44.18 D ΔTK: -0.64 D @ 2°
TSE: 44.90 D ΔTK: -2.31 D @ 166°	TSE: 44.23 D ΔTK: -0.87 D @ 179°
Valores de blanco a blanco y de pupila	
WTW: 12.1 mm (!) Ix: +0.4 mm Iy: -0.2 mm	WTW: 12.1 mm Ix: -0.5 mm Iy: +0.1 mm
P: 3.7 mm CW-chord: 0.4 mm @ 170°	P: 3.7 mm CW-chord: 0.4 mm @ 341°
Se ha guardado la imagen	Reference Image Se ha guardado la imagen (!)

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA
Fecha de nacim.	22/dic./1954
ID del paciente	20206
Sexo	Femenino
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! La longitud axial del ojo derecho es 1.38 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

OD derecho

Reference Image


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	24.63 mm	(!)					
ACD:	2.91 mm						
LT:	4.49 mm						
WTW:	12.1 mm	(!)	lx: +0.4 mm	ly: -0.2 mm			
P:	3.7 mm		CW-chord: 0.4 mm @ 170°				

SE:	44.66 D			TSE:	44.78 D	(!)	
K1:	43.62 D	@	164°	TK1:	43.82 D	@	164°
K2:	45.75 D	@	74°	TK2:	45.78 D	@	74°
ΔK:	-2.13 D	@	164°	ΔTK:	-1.96 D	@	164°



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	CANCHE AGUIRRE, ALMA ROSA		
Fecha de nacim.	22/dic./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	20206		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	21/ene./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	21/ene./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! La longitud axial del ojo derecho es 1.38 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

Reference Image

OS izquierdo


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.25 mm			SE:	44.29 D	(!)	
ACD:	2.79 mm			K1:	43.88 D	@	178°
LT:	4.56 mm			K2:	44.70 D	@	88°
WTW:	12.1 mm	Ix:	-0.5 mm Iy: +0.1 mm	ΔK:	-0.83 D	@	178°
P:	3.7 mm	CW-chord:	0.4 mm @ 341°				

TSE:	44.24 D	(!)			
TK1:	43.80 D	@	0°		
TK2:	44.69 D	@	90°		
ΔTK:	-0.88 D	@	0°		



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved