CÁLCULO DE IOL

Paciente	**REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN**
Fecha de nacimie...	19/may./1969
Sexo	Masculino
ID paciente	20288
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **05/feb./2026** Fecha verif. calibración: **05/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho						OS izquierdo					
AL	**25.67 mm**		WTW	12.2 mm		**AL**	**25.41 mm**		WTW	12.6 mm	
ACD	3.74 mm		Pupila	2.9 mm		ACD	3.80 mm		Pupila	3.4 mm	
LT	3.80 mm		Ix / Iy	+0.6 mm	/+0.1 mm	LT	3.75 mm		Ix / Iy	-0.3 mm	/+0.0 mm
CCT	520 µm		Kappa	0.4 mm	@ 240°	CCT	525 µm		Kappa	0.3 mm	@ 292°
Ast. K	**-0.28 D**	**@ 25°**	**Ast. TK**	**-0.30 D**	**@ 58°**	**Ast. K**	**-0.80 D**	**@ 169°**	**Ast. TK**	**-0.77 D**	**@ 169°**
Avg. K	42.39 D		Avg. TK	42.52 D		Avg. K	42.30 D		Avg. TK	42.43 D	
K1	42.25 D	@ 25°	TK1	42.37 D	@ 58°	K1	41.90 D	@ 169°	TK1	42.05 D	@ 169°
K2	42.53 D	@ 115°	TK2	42.67 D	@ 148°	K2	42.70 D	@ 79°	TK2	42.82 D	@ 79°

CÁLCULO DE IOL

Rotación del eje

CT LUCIA 221P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+17.50	-0.75
+17.00	-0.42
+16.50	**-0.08**
+16.00	+0.25
+16.38	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

CT LUCIA 221P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+17.50	-0.75
+17.00	-0.42
+16.50	**-0.08**
+16.00	+0.25
+16.38	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LISA tri 839MP

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+17.00	-0.86
+16.50	-0.51
+16.00	**-0.16**
+15.50	+0.18
+15.76	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

CT LUCIA 221P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+18.50	-0.75
+18.00	-0.41
+17.50	**-0.08**
+17.00	+0.25
+17.38	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

CT LUCIA 221P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+18.50	-0.75
+18.00	-0.41
+17.50	**-0.08**
+17.00	+0.25
+17.38	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LISA tri 839MP

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+17.50	-0.61
+17.00	-0.25
+16.50	**+0.09**
+16.00	+0.43
+16.63	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+15.50	-0.62
+15.00	-0.25
+14.50	**+0.12**
+14.00	+0.48
+14.66	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+17.50	-0.51
+17.00	-0.18
+16.50	**+0.15**
+16.00	+0.47
+16.73	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+17.00	-0.81
+16.50	-0.46
+16.00	**-0.12**
+15.50	+0.22
+15.83	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LARA 829MP

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+16.50	-0.68
+16.00	-0.31
+15.50	**+0.06**
+15.00	+0.42
+15.58	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+18.50	-0.52
+18.00	-0.19
+17.50	**+0.14**
+17.00	+0.46
+17.71	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+18.00	-0.84
+17.50	-0.49
+17.00	**-0.14**
+16.50	+0.20
+16.79	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SN60WF

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+17.00	-0.65
+16.50	-0.30
+16.00	**+0.04**
+15.50	+0.37
+16.06	0.00

a0 -0.769 a1 +0.234 a2 +0.217

Akreos Adapt

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+16.00	-0.59
+15.50	-0.23
+15.00	**+0.12**
+14.50	+0.47
+15.17	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+17.00	-0.54
+16.50	-0.20
+16.00	**+0.13**
+15.50	+0.47
+16.20	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

AcrySof SN60WF

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+18.00	-0.70
+17.50	-0.36
+17.00	**-0.02**
+16.50	+0.32
+16.98	0.00

a0 -0.769 a1 +0.234 a2 +0.217

Akreos Adapt

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+17.00	-0.65
+16.50	-0.29
+16.00	**+0.07**
+15.50	+0.42
+16.09	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis	TK
IOL	**Res. SE**
+18.00	-0.58
+17.50	-0.23
+17.00	**+0.10**
+16.50	+0.44
+17.15	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN**
Fecha de nacimie...	19/may./1969
Sexo	Masculino
ID paciente	20288
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

Fecha de la medición **05/feb./2026** Fecha verif. calibración: **05/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+16.50	-0.55
+16.00	-0.20
+15.50	**+0.14**
+15.00	+0.48
+15.70	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+16.50	-0.56
+16.00	-0.21
+15.50	**+0.13**
+15.00	+0.48
+15.69	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
+17.00	-0.56
+16.50	-0.22
+16.00	**+0.12**
+15.50	+0.45
+16.18	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

izquierdo OS

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+17.50	-0.59
+17.00	-0.24
+16.50	**+0.11**
+16.00	+0.45
+16.66	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+17.50	-0.62
+17.00	-0.27
+16.50	**+0.07**
+16.00	+0.42
+16.61	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
+18.00	-0.57
+17.50	-0.22
+17.00	**+0.11**
+16.50	+0.45
+17.17	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN**	**Clinica MEDYTEC**	
Fecha de nacimie...	19/may./1969		
Sexo	Masculino		
ID paciente	20288	**Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida**	
Médico	Surgeon	**999 926 8619**	
		info@clinicamedytec.com	

Fecha de la medición **05/feb./2026** Fecha verif. calibración: **05/feb./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS


OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente


OD derecho					OS izquierdo				
AL	**25.67 mm**	SD 7 µm	WTW	12.2 mm	**AL**	**25.41 mm**	SD 8 µm	WTW	12.6 mm
ACD	3.74 mm	SD 7 µm	Pupila	2.9 mm	ACD	3.80 mm	SD 7 µm	Pupila	3.4 mm
LT	3.80 mm	SD 10 µm	Ix / Iy	+0.6 mm / +0.1 mm	LT	3.75 mm	SD 9 µm	Ix / Iy	-0.3 mm / +0.0 mm
CCT	520 µm	SD 4 µm	Kappa	0.4 mm @ 240 °	CCT	525 µm	SD 3 µm	Kappa	0.3 mm @ 292 °
Ast. K	**-0.28 D @ 25°**				**Ast. K**	**-0.80 D @ 169°**			
Avg. K	42.39 D	SD 0.01 D			Avg. K	42.30 D	SD 0.01 D		
K1	42.25 D @ 25°	SD 0.02 D			K1	41.90 D @ 169°	SD 0.02 D		
K2	42.53 D @ 115°	SD 0.01 D			K2	42.70 D @ 79°	SD 0.02 D		
Ast. TK	**-0.30 D @ 58°**				**Ast. TK**	**-0.77 D @ 169°**			
Avg. TK	42.52 D	SD 0.04 D			Avg. TK	42.43 D	SD 0.03 D		
TK1	42.37 D @ 58°	SD 0.03 D			TK1	42.05 D @ 169°	SD 0.09 D		
TK2	42.67 D @ 148°	SD 0.08 D			TK2	42.82 D @ 79°	SD 0.04 D		

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER




Ast. TK
-0.30 D @ 58°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA




BLANCO-A-BLANCO



ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER




Ast. TK
-0.77 D @ 169°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA



BLANCO-A-BLANCO



Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS: Fáquica	VS: Humor vítreo	LS: Fáquica	VS: Humor vítreo
Ref: ---	VA: ---	Ref: ---	VA: ---
LVC: No tratado	Modo LVC: -	LVC: No tratado	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°	Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

	OD		OS	
AL:	25.67 mm	SD: 7 µm	25.41 mm	SD: 8 µm
ACD:	3.74 mm	SD: 7 µm	3.80 mm	SD: 7 µm
LT:	3.80 mm	SD: 10 µm	3.75 mm	SD: 9 µm
WTW:	12.2 mm		12.6 mm	
SE:	42.39 D	SD: 0.01 D	42.30 D	SD: 0.01 D
ΔK:	-0.28 D @ 25°		-0.80 D @169°	
TSE:	42.52 D	SD: 0.04 D	42.43 D	SD: 0.03 D
ΔTK:	-0.30 D @ 58°		-0.77 D @169°	
K1:	42.25 D @ 25°		41.90 D @169°	
K2:	42.53 D @115°		42.70 D @ 79°	
TK1:	42.37 D @ 58°		42.05 D @169°	
TK2:	42.67 D @148°		42.82 D @ 79°	

TK ZEISS CT LUCIA 221P — OD

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.75
+17.00	-0.42
+16.50	**-0.08**
+16.00	+0.25
+15.50	+0.58
+16.38	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP — OD

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.86
+16.50	-0.51
+16.00	**-0.16**
+15.50	+0.18
+15.00	+0.52
+15.76	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P — OS

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+18.50	-0.75
+18.00	-0.41
+17.50	**-0.08**
+17.00	+0.25
+16.50	+0.58
+17.38	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP — OS

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.61
+17.00	-0.25
+16.50	**+0.09**
+16.00	+0.43
+15.50	+0.77
+16.63	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP — OD

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+15.50	-0.62
+15.00	-0.25
+14.50	**+0.12**
+14.00	+0.48
+13.50	+0.84
+14.66	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P — OD

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.51
+17.00	-0.18
+16.50	**+0.15**
+16.00	+0.47
+15.50	+0.79
+16.73	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP — OS

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.68
+16.00	-0.31
+15.50	**+0.06**
+15.00	+0.42
+14.50	+0.78
+15.58	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P — OS

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+18.50	-0.52
+18.00	-0.19
+17.50	**+0.14**
+17.00	+0.46
+16.50	+0.78
+17.71	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 25.67 mm SD: 7 µm	AL: 25.41 mm SD: 8 µm
ACD: 3.74 mm SD: 7 µm	ACD: 3.80 mm SD: 7 µm
LT: 3.80 mm SD: 10 µm	LT: 3.75 mm SD: 9 µm
WTW: 12.2 mm	WTW: 12.6 mm
SE: 42.39 D SD: 0.01 D	SE: 42.30 D SD: 0.01 D
K1: 42.25 D @ 25°	K1: 41.90 D @169°
ΔK: -0.28 D @ 25°	ΔK: -0.80 D @169°
K2: 42.53 D @115°	K2: 42.70 D @ 79°
TSE: 42.52 D SD: 0.04 D	TSE: 42.43 D SD: 0.03 D
TK1: 42.37 D @ 58°	TK1: 42.05 D @169°
ΔTK: -0.30 D @ 58°	ΔTK: -0.77 D @169°
TK2: 42.67 D @148°	TK2: 42.82 D @ 79°

TK ZEISS CT LUCIA 202

- Haigis -
a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.81
+16.50	-0.46
+16.00	**-0.12**
+15.50	+0.22
+15.00	+0.56
+15.83	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF

- Haigis -
a0: -0.769 a1: +0.234 a2: +0.217

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.65
+16.50	-0.30
+16.00	**+0.04**
+15.50	+0.37
+15.00	+0.71
+16.06	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 202

- Haigis -
a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+18.00	-0.84
+17.50	-0.49
+17.00	**-0.14**
+16.50	+0.20
+16.00	+0.54
+16.79	Emetropía

TK Alcon AcrySof SN60WF

- Haigis -
a0: -0.769 a1: +0.234 a2: +0.217

IOL (D)	Ref (D)
+18.00	-0.70
+17.50	-0.36
+17.00	**-0.02**
+16.50	+0.32
+16.00	+0.66
+16.98	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.75
+17.00	-0.42
+16.50	**-0.08**
+16.00	+0.25
+15.50	+0.58
+16.38	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt

- Haigis -
a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+16.00	-0.59
+15.50	-0.23
+15.00	**+0.12**
+14.50	+0.47
+14.00	+0.82
+15.17	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+18.50	-0.75
+18.00	-0.41
+17.50	**-0.08**
+17.00	+0.25
+16.50	+0.58
+17.38	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt

- Haigis -
a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.65
+16.50	-0.29
+16.00	**+0.07**
+15.50	+0.42
+15.00	+0.77
+16.09	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS: Fáquica	VS: Humor vítreo	LS: Fáquica	VS: Humor vítreo
Ref: ---	VA: ---	Ref: ---	VA: ---
LVC: No tratado	Modo LVC: -	LVC: No tratado	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°	Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

OD				OS			
AL: 25.67 mm	SD: 7 µm			AL: 25.41 mm	SD: 8 µm		
ACD: 3.74 mm	SD: 7 µm			ACD: 3.80 mm	SD: 7 µm		
LT: 3.80 mm	SD: 10 µm			LT: 3.75 mm	SD: 9 µm		
WTW: 12.2 mm				WTW: 12.6 mm			
SE: 42.39 D	SD: 0.01 D	K1: 42.25 D	@ 25°	SE: 42.30 D	SD: 0.01 D	K1: 41.90 D	@169°
ΔK: -0.28 D	@ 25°	K2: 42.53 D	@115°	ΔK: -0.80 D	@169°	K2: 42.70 D	@ 79°
TSE: 42.52 D	SD: 0.04 D	TK1: 42.37 D	@ 58°	TSE: 42.43 D	SD: 0.03 D	TK1: 42.05 D	@169°
ΔTK: -0.30 D	@ 58°	TK2: 42.67 D	@148°	ΔTK: -0.77 D	@169°	TK2: 42.82 D	@ 79°

TK Bausch + Lomb enVista — OD

- Haigis -
a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.54
+16.50	-0.20
+16.00	**+0.13**
+15.50	+0.47
+15.00	+0.79
+16.20	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — OD

- Haigis -
a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.55
+16.00	-0.20
+15.50	**+0.14**
+15.00	+0.48
+14.50	+0.82
+15.70	Emetropía

TK Bausch + Lomb enVista — OS

- Haigis -
a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+18.00	-0.58
+17.50	-0.23
+17.00	**+0.10**
+16.50	+0.44
+16.00	+0.77
+17.15	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — OS

- Haigis -
a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.59
+17.00	-0.24
+16.50	**+0.11**
+16.00	+0.45
+15.50	+0.79
+16.66	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT — OD

- Haigis -
a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+16.50	-0.56
+16.00	-0.21
+15.50	**+0.13**
+15.00	+0.48
+14.50	+0.81
+15.69	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OD

- Haigis -
a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+17.00	-0.56
+16.50	-0.22
+16.00	**+0.12**
+15.50	+0.45
+15.00	+0.78
+16.18	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT — OS

- Haigis -
a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+17.50	-0.62
+17.00	-0.27
+16.50	**+0.07**
+16.00	+0.42
+15.50	+0.76
+16.61	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — OS

- Haigis -
a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+18.00	-0.57
+17.50	-0.22
+17.00	**+0.11**
+16.50	+0.45
+16.00	+0.78
+17.17	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.

OD derecho — Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	25.67 mm	SD:	7 µm	WTW:	12.2 mm	Ix:	+0.6 mm
CCT:	520 µm	SD:	4 µm	P:	2.9 mm	Iy:	+0.1 mm
ACD:	3.74 mm	SD:	7 µm			CW-chord:	0.4 mm @ 240°
LT:	3.80 mm	SD:	10 µm				


SE:	42.39 D		SD: 0.01 D	TSE:	42.52 D		SD:	0.04 D
K1:	42.25 D	@ 25°	SD: 0.02 D	TK1:	42.37 D	@ 58°	SD:	0.03 D
K2:	42.53 D	@ 115°	SD: 0.01 D	TK2:	42.67 D	@ 148°	SD:	0.08 D
ΔK:	-0.28 D	@ 25°		ΔTK:	-0.30 D	@ 58°		


Scan B — Fijación



Total Axial Power — Queratometría — Blanco a blanco







(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	25.41 mm	SD:	8 µm	WTW:	12.6 mm	Ix:	-0.3 mm
CCT:	525 µm	SD:	3 µm	P:	3.4 mm	Iy:	+0.0 mm
ACD:	3.80 mm	SD:	7 µm			CW-chord:	0.3 mm @ 292°
LT:	3.75 mm	SD:	9 µm				


SE:	42.30 D		SD:	0.01 D	TSE:	42.43 D		SD: 0.03 D
K1:	41.90 D	@ 169°	SD:	0.02 D	TK1:	42.05 D	@ 169°	SD: 0.09 D
K2:	42.70 D	@ 79°	SD:	0.02 D	TK2:	42.82 D	@ 79°	SD: 0.04 D
ΔK:	-0.80 D	@ 169°			ΔTK:	-0.77 D	@ 169°	

Scan B




Fijación


Total Axial Power



Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.
OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

Valores biométricos

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica VS: Humor vítreo	LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---	Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Valores biométricos	
AL: **25.67** mm SD: 7 µm	AL: **25.41** mm SD: 8 µm
CCT: **520** µm SD: 4 µm	CCT: **525** µm SD: 3 µm
ACD: **3.74** mm SD: 7 µm	ACD: **3.80** mm SD: 7 µm
LT: **3.80** mm SD: 10 µm	LT: **3.75** mm SD: 9 µm

AL	CCT	ACD	LT	AL	CCT	ACD	LT
25.66 mm	518 µm	3.73 mm	3.80 mm	25.42 mm	526 µm	3.79 mm	3.76 mm
25.67 mm	522 µm	3.74 mm	3.79 mm	25.42 mm	524 µm	3.79 mm	3.76 mm
25.67 mm	518 µm	3.74 mm	3.80 mm	25.41 mm	523 µm	3.79 mm	3.76 mm
25.67 mm	517 µm	3.74 mm	3.80 mm	25.41 mm	525 µm	3.81 mm	3.75 mm
25.67 mm	522 µm	3.74 mm	3.80 mm	25.41 mm	524 µm	3.80 mm	3.75 mm
25.67 mm	524 µm	3.73 mm	3.80 mm	25.41 mm	529 µm	3.79 mm	3.75 mm

Valores de la córnea	
SE: **42.39** D SD: 0.01 D	SE: **42.30** D SD: 0.01 D
K1: **42.25** D @ **25°** SD: 0.02 D	K1: **41.90** D @ **169°** SD: 0.02 D
K2: **42.53** D @ **115°** SD: 0.01 D	K2: **42.70** D @ **79°** SD: 0.02 D
ΔK: **-0.28** D @ **25°**	ΔK: **-0.80** D @ **169°**
SE: 42.38 D ΔK: -0.29 D @ 24°	SE: 42.30 D ΔK: -0.89 D @ 164°
SE: 42.39 D ΔK: -0.27 D @ 25°	SE: 42.30 D ΔK: -0.81 D @ 169°
SE: 42.40 D ΔK: -0.27 D @ 27°	SE: 42.30 D ΔK: -0.77 D @ 170°
TSE: **42.52** D SD: 0.04 D	TSE: **42.43** D SD: 0.03 D
TK1: **42.37** D @ **58°** SD: 0.03 D	TK1: **42.05** D @ **169°** SD: 0.09 D
TK2: **42.67** D @ **148°** SD: 0.08 D	TK2: **42.82** D @ **79°** SD: 0.04 D
ΔTK: **-0.30** D @ **58°**	ΔTK: **-0.77** D @ **169°**
TSE: 42.57 D ΔTK: -0.40 D @ 53°	TSE: 42.39 D ΔTK: -0.90 D @ 165°
TSE: 42.49 D ΔTK: -0.36 D @ 49°	TSE: 42.45 D ΔTK: -0.67 D @ 169°
TSE: 42.49 D ΔTK: -0.25 D @ 79°	TSE: 42.46 D ΔTK: -0.79 D @ 170°
Valores de blanco a blanco y de pupila	
WTW: 12.2 mm lx: +0.6 mm ly: +0.1 mm	WTW: 12.6 mm lx: -0.3 mm ly: +0.0 mm
P: 2.9 mm CW-chord: 0.4 mm @ 240°	P: 3.4 mm CW-chord: 0.3 mm @ 292°
Se ha guardado la imagen	Se ha guardado la imagen

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 25.67 mm. - Nota: Ojo largo.

OD derecho


Reference Image

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	25.67 mm			SE:	42.39 D		TSE:	42.52 D	
ACD:	3.74 mm			K1:	42.25 D	@ 25°	TK1:	42.37 D	@ 58°
LT:	3.80 mm			K2:	42.53 D	@ 115°	TK2:	42.67 D	@ 148°
WTW:	12.2 mm	Ix:	+0.6 mm	ΔK:	-0.28 D	@ 25°	ΔTK:	-0.30 D	@ 58°
P:	2.9 mm	CW-chord:	0.4 mm @ 240°						



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	REDUCINDO CALIXTO, JOSE JUAN		
Fecha de nacim.	19/may./1969	Sexo	Masculino
ID del paciente	20288		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	05/feb./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	05/feb./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OS: Longitud axial del ojo izquierdo 25.41 mm. - Nota: Ojo largo.

Reference Image

OS izquierdo


Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	25.41 mm			SE:	42.30 D		
ACD:	3.80 mm			K1:	41.90 D	@	169°
LT:	3.75 mm			K2:	42.70 D	@	79°
WTW:	12.6 mm	Ix:	-0.3 mm	ΔK:	-0.80 D	@	169°
P:	3.4 mm	Iy:	+0.0 mm				
		CW-chord:	0.3 mm @ 292°				

TSE:	42.43 D		
TK1:	42.05 D	@	169°
TK2:	42.82 D	@	79°
ΔTK:	-0.77 D	@	169°



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,FC OD.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved