CÁLCULO DE IOL

Paciente	**GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	05/jun./1979		
Sexo	Masculino	!	Compruebe las advertencias en todas las páginas.
ID paciente	20743		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **25/may./2026** Fecha verif. calibración: **25/may./2026** de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

OD derecho				Estatus del ojo				izquierdo **OS**			
LS	Fáquica			LVC	No tratado			LS	Fáquica			LVC	No tratado		
VS	Humor vítreo			Modo LVC	-			VS	Humor vítreo			Modo LVC	-		
Refr. dest.	**+0.00 D**			SIA	0.35 D	Inc	135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**			SIA	0.35 D	Inc	135°

(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

AL	**26.60 mm**			WTW	11.9 mm			**AL**	**26.54 mm**			WTW	11.8 mm		
ACD	3.84 mm			Pupila	3.1 mm			ACD	3.93 mm			Pupila	3.2 mm		
LT	4.09 mm			Ix / Iy	+0.1 mm / -0.1 mm			LT	4.00 mm			Ix / Iy	-0.2 mm /+0.0 mm		
CCT	559 µm			Kappa	0.1 mm	@	27°	CCT	555 µm			Kappa	0.2 mm	@	158°
Ast. K	**-4.45 D**	**@**	**167°**	**Ast. TK**	**-4.22 D**	**@**	**167°**	**Ast. K**	**-3.82 D**	**@**	**26°**	**Ast. TK**	**-3.72 D**	**@**	**27°**
Avg. K	44.42 D			Avg. TK	44.47 D			Avg. K	44.95 D	(!)		Avg. TK	44.99 D	(!)	
K1	42.31 D	@	167°	TK1	42.46 D	@	167°	K1	43.13 D	@	26°	TK1	43.20 D	@	27°
K2	46.76 D	@	77°	TK2	46.68 D	@	77°	K2	46.95 D	@	116°	TK2	46.92 D	@	117°

CÁLCULO DE IOL

⟅⟆ Rotación del eje

CT LUCIA 221P

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.50	-0.62
+11.00	-0.29
+10.50	**+0.03**
+10.00	+0.35
+10.55	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

CT LUCIA 221P

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.50	-0.62
+11.00	-0.29
+10.50	**+0.03**
+10.00	+0.35
+10.55	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LISA tri 839MP

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.50	-0.83
+11.00	-0.50
+10.50	**-0.16**
+10.00	+0.17
+10.26	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

CT LUCIA 221P

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.00	-0.66
+10.50	-0.33
+10.00	**-0.01**
+9.50	+0.30
+9.98	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

CT LUCIA 221P

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.00	-0.66
+10.50	-0.33
+10.00	**-0.01**
+9.50	+0.30
+9.98	0.00

a0 +1.839 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LISA tri 839MP

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+10.50	-0.56
+10.00	-0.22
+9.50	**+0.11**
+9.00	+0.43
+9.66	0.00

a0 -1.477 a1 +0.058 a2 +0.262

AT LARA 829MP

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+10.50	-0.83
+10.00	-0.46
+9.50	**-0.10**
+9.00	+0.26
+9.36	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+12.00	-0.73
+11.50	-0.41
+11.00	**-0.09**
+10.50	+0.22
+10.86	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.00	-0.54
+10.50	-0.20
+10.00	**+0.13**
+9.50	+0.46
+10.19	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

AT LARA 829MP

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+10.00	-0.83
+9.50	-0.47
+9.00	**-0.11**
+8.50	+0.25
+8.85	0.00

a0 +3.280 a1 +0.386 a2 -0.004

CT LUCIA 621P

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.50	-0.78
+11.00	-0.47
+10.50	**-0.15**
+10.00	+0.16
+10.26	0.00

a0 -0.053 a1 +0.290 a2 +0.199

CT LUCIA 202

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+10.50	-0.57
+10.00	-0.24
+9.50	**+0.09**
+9.00	+0.42
+9.64	0.00

a0 +1.450 a1 +0.400 a2 +0.100

Clareon CNA0T0

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.50	-0.63
+11.00	-0.30
+10.50	**+0.02**
+10.00	+0.34
+10.53	0.00

a0 -0.399 a1 +0.209 a2 +0.211

Akreos Adapt

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.00	-0.86
+10.50	-0.51
+10.00	**-0.16**
+9.00	+0.53
+9.77	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.50	-0.66
+11.00	-0.33
+10.50	**-0.01**
+10.00	+0.32
+10.49	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

Clareon CNA0T0

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.00	-0.69
+10.50	-0.36
+10.00	**-0.04**
+9.50	+0.28
+9.94	0.00

a0 -0.399 a1 +0.209 a2 +0.211

Akreos Adapt

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+10.50	-0.88
+10.00	-0.53
+9.00	**+0.16**
+8.00	+0.83
+9.23	0.00

a0 +0.960 a1 +0.400 a2 +0.100

enVista

Haigis | TK

IOL	Res. SE
+11.00	-0.71
+10.50	-0.38
+10.00	**-0.06**
+9.00	+0.58
+9.91	0.00

a0 +0.184 a1 +0.315 a2 +0.172

Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	05/jun./1979		
Sexo	Masculino		
ID paciente	20743		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **25/may./2026**	Fecha verif. calibración: **25/may./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

OD derecho

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+11.00	-0.60
+10.50	-0.26
+10.00	**+0.08**
n/a	
+10.11	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+11.00	-0.57
+10.50	-0.23
+10.00	**+0.11**
+9.50	+0.44
+10.16	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
n/a	
n/a	
n/a	
n/a	
+10.42	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

Micro F

Haigis TK

IOL	Res. SE
+10.50	-0.63
+10.00	-0.29
n/a	
n/a	
+9.56	0.00

a0 +1.360 a1 +0.400 a2 +0.100

AcrySof SA60AT

Haigis TK

IOL	Res. SE
+10.50	-0.61
+10.00	-0.27
+9.50	**+0.06**
+9.00	+0.39
+9.59	0.00

a0 -0.111 a1 +0.249 a2 +0.179

ISOPURE 123

Haigis TK

IOL	Res. SE
n/a	
n/a	
n/a	
n/a	
+9.86	0.00

a0 +1.700 a1 +0.400 a2 +0.100

Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO**	**Clinica MEDYTEC**	
Fecha de nacimie...	05/jun./1979		
Sexo	Masculino		
ID paciente	20743	**Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida**	
Médico	Surgeon	**999 926 8619**	
		info@clinicamedytec.com	

Fecha de la medición **25/may./2026** Fecha verif. calibración: **25/may./2026** de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Fáquica	LVC	No tratado	LS	Fáquica	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho					OS izquierdo				
AL	**26.60 mm**	SD 13 µm	WTW	11.9 mm	**AL**	**26.54 mm**	SD 11 µm	WTW	11.8 mm
ACD	3.84 mm	SD 6 µm	Pupila	3.1 mm	ACD	3.93 mm	SD 6 µm	Pupila	3.2 mm
LT	4.09 mm	SD 8 µm	Ix / Iy	+0.1 mm / -0.1 mm	LT	4.00 mm	SD 13 µm	Ix / Iy	-0.2 mm / +0.0 mm
CCT	559 µm	SD 4 µm	Kappa	0.1 mm @ 27 °	CCT	555 µm	SD 4 µm	Kappa	0.2 mm @ 158 °


OD derecho				OS izquierdo			
Ast. K	**-4.45 D**	**@ 167°**		**Ast. K**	**-3.82 D**	**@ 26°**	
Avg. K	44.42 D		SD 0.04 D	Avg. K	44.95 D	(!)	SD 0.04 D
K1	42.31 D	@ 167°	SD 0.05 D	K1	43.13 D	@ 26°	SD 0.01 D
K2	46.76 D	@ 77°	SD 0.04 D	K2	46.95 D	@ 116°	SD 0.10 D
Ast. TK	**-4.22 D**	**@ 167°**		**Ast. TK**	**-3.72 D**	**@ 27°**	
Avg. TK	44.47 D		SD 0.03 D	Avg. TK	44.99 D	(!)	SD 0.13 D
TK1	42.46 D	@ 167°	SD 0.06 D	TK1	43.20 D	@ 27°	SD 0.04 D
TK2	46.68 D	@ 77°	SD 0.02 D	TK2	46.92 D	@ 117°	SD 0.24 D

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER




Ast. TK
-4.22 D @ 167°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA




BLANCO-A-BLANCO



ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER (!)




Ast. TK
-3.72 D @ 27°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA



BLANCO-A-BLANCO



Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO		
Fecha de nacim.	05/jun./1979	Sexo	Masculino
ID del paciente	20743		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 26.60 mm SD: 13 µm	AL: 26.54 mm SD: 11 µm
ACD: 3.84 mm SD: 6 µm	ACD: 3.93 mm SD: 6 µm
LT: 4.09 mm SD: 8 µm	LT: 4.00 mm SD: 13 µm
WTW: 11.9 mm	WTW: 11.8 mm
SE: 44.42 D SD: 0.04 D	SE: 44.95 D (!) SD: 0.04 D
K1: 42.31 D @167°	K1: 43.13 D @ 26°
ΔK: -4.45 D @167°	ΔK: -3.82 D @ 26°
K2: 46.76 D @ 77°	K2: 46.95 D @116°
TSE: 44.47 D SD: 0.03 D	TSE: 44.99 D (!) SD: 0.13 D
TK1: 42.46 D @167°	TK1: 43.20 D @ 27°
ΔTK: -4.22 D @167°	ΔTK: -3.72 D @ 27°
TK2: 46.68 D @ 77°	TK2: 46.92 D @117°

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+11.50	-0.62
+11.00	-0.29
+10.50	**+0.03**
+10.00	+0.35
+9.50	+0.67
+10.55	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+11.50	-0.83
+11.00	-0.50
+10.50	**-0.16**
+10.00	+0.17
+9.50	+0.50
+10.26	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+11.00	-0.66
+10.50	-0.33
+10.00	**-0.01**
+9.50	+0.30
+9.00	+0.62
+9.98	Emetropía

TK ZEISS AT LISA tri 839MP

- Haigis -
a0: -1.477 a1: +0.058 a2: +0.262

IOL (D)	Ref (D)
+10.50	-0.56
+10.00	-0.22
+9.50	**+0.11**
+9.00	+0.43
+8.50	+0.76
+9.66	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+10.50	-0.83
+10.00	-0.46
+9.50	**-0.10**
+9.00	+0.26
+8.50	+0.61
+9.36	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+12.00	-0.73
+11.50	-0.41
+11.00	**-0.09**
+10.50	+0.22
+10.00	+0.53
+10.86	Emetropía

TK ZEISS AT LARA 829MP

- Haigis -
a0: +3.280 a1: +0.386 a2: -0.004

IOL (D)	Ref (D)
+10.00	-0.83
+9.50	-0.47
+9.00	**-0.11**
+8.50	+0.25
+8.00	+0.60
+8.85	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P

- Haigis -
a0: -0.053 a1: +0.290 a2: +0.199

IOL (D)	Ref (D)
+11.50	-0.78
+11.00	-0.47
+10.50	**-0.15**
+10.00	+0.16
+9.50	+0.47
+10.26	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO		
Fecha de nacim.	05/jun./1979	Sexo	Masculino
ID del paciente	20743		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Cálculo de IOL

OD derecho	OS izquierdo
Estatus del ojo	
LS: Fáquica	LS: Fáquica
VS: Humor vítreo	VS: Humor vítreo
Ref: ---	Ref: ---
VA: ---	VA: ---
LVC: No tratado	LVC: No tratado
Modo LVC: -	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	Refr. dest.: +0.00 D
SIA: +0.35 D @ 135°	SIA: +0.35 D @ 135°
Valores biométricos	
AL: 26.60 mm SD: 13 µm	AL: 26.54 mm SD: 11 µm
ACD: 3.84 mm SD: 6 µm	ACD: 3.93 mm SD: 6 µm
LT: 4.09 mm SD: 8 µm	LT: 4.00 mm SD: 13 µm
WTW: 11.9 mm	WTW: 11.8 mm
SE: 44.42 D SD: 0.04 D K1: 42.31 D @167°	SE: 44.95 D (!) SD: 0.04 D K1: 43.13 D @ 26°
ΔK: -4.45 D @167° K2: 46.76 D @ 77°	ΔK: -3.82 D @ 26° K2: 46.95 D @116°
TSE: 44.47 D SD: 0.03 D TK1: 42.46 D @167°	TSE: 44.99 D (!) SD: 0.13 D TK1: 43.20 D @ 27°
ΔTK: -4.22 D @167° TK2: 46.68 D @ 77°	ΔTK: -3.72 D @ 27° TK2: 46.92 D @117°

TK ZEISS CT LUCIA 202

- Haigis -
a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+11.00	-0.54
+10.50	-0.20
+10.00	**+0.13**
+9.50	+0.46
+9.00	+0.78
+10.19	Emetropía

TK Alcon Clareon CNA0T0

- Haigis -
a0: -0.399 a1: +0.209 a2: +0.211

IOL (D)	Ref (D)
+11.50	-0.63
+11.00	-0.30
+10.50	**+0.02**
+10.00	+0.34
+9.50	+0.66
+10.53	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 202

- Haigis -
a0: +1.450 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+10.50	-0.57
+10.00	-0.24
+9.50	**+0.09**
+9.00	+0.42
+8.50	+0.74
+9.64	Emetropía

TK Alcon Clareon CNA0T0

- Haigis -
a0: -0.399 a1: +0.209 a2: +0.211

IOL (D)	Ref (D)
+11.00	-0.69
+10.50	-0.36
+10.00	**-0.04**
+9.50	+0.28
+9.00	+0.60
+9.94	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+11.50	-0.62
+11.00	-0.29
+10.50	**+0.03**
+10.00	+0.35
+9.50	+0.67
+10.55	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt

- Haigis -
a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+11.00	-0.86
+10.50	-0.51
+10.00	**-0.16**
+9.00	+0.53
+8.00	+1.20
+9.77	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P

- Haigis -
a0: +1.839 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+11.00	-0.66
+10.50	-0.33
+10.00	**-0.01**
+9.50	+0.30
+9.00	+0.62
+9.98	Emetropía

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt

- Haigis -
a0: +0.960 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+10.50	-0.88
+10.00	-0.53
+9.00	**+0.16**
+8.00	+0.83
+7.00	+1.49
+9.23	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO		
Fecha de nacim.	05/jun./1979	Sexo	Masculino
ID del paciente	20743		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD derecho — Cálculo de IOL — OS izquierdo

Estatus del ojo

OD		OS	
LS: Fáquica	VS: Humor vítreo	LS: Fáquica	VS: Humor vítreo
Ref: ---	VA: ---	Ref: ---	VA: ---
LVC: No tratado	Modo LVC: -	LVC: No tratado	Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°	Refr. dest.: +0.00 D	SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

	OD			OS		
AL:	26.60 mm	SD:	13 µm	26.54 mm	SD:	11 µm
ACD:	3.84 mm	SD:	6 µm	3.93 mm	SD:	6 µm
LT:	4.09 mm	SD:	8 µm	4.00 mm	SD:	13 µm
WTW:	11.9 mm			11.8 mm		
SE:	44.42 D	SD: 0.04 D	K1: 42.31 D @167°	SE: 44.95 D	(!) SD: 0.04 D	K1: 43.13 D @ 26°
ΔK:	-4.45 D @167°		K2: 46.76 D @ 77°	ΔK: -3.82 D @ 26°		K2: 46.95 D @116°
TSE:	44.47 D	SD: 0.03 D	TK1: 42.46 D @167°	TSE: 44.99 D	(!) SD: 0.13 D	TK1: 43.20 D @ 27°
ΔTK:	-4.22 D @167°		TK2: 46.68 D @ 77°	ΔTK: -3.72 D @ 27°		TK2: 46.92 D @117°

OD

TK Bausch + Lomb enVista — - Haigis - a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+11.50	-0.66
+11.00	-0.33
+10.50	**-0.01**
+10.00	+0.32
+9.00	+0.95
+10.49	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — - Haigis - a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+11.00	-0.60
+10.50	-0.26
+10.00	**+0.08**
---	---
---	---
+10.11	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT — - Haigis - a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+11.00	-0.57
+10.50	-0.23
+10.00	**+0.11**
+9.50	+0.44
+9.00	+0.76
+10.16	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — - Haigis - a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
---	---
---	---
---	**---**
---	---
---	---
+10.42	Emetropía

OS

TK Bausch + Lomb enVista — - Haigis - a0: +0.184 a1: +0.315 a2: +0.172

IOL (D)	Ref (D)
+11.00	-0.71
+10.50	-0.38
+10.00	**-0.06**
+9.00	+0.58
+8.00	+1.20
+9.91	Emetropía

TK PhysIOL Micro F — - Haigis - a0: +1.360 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
+10.50	-0.63
+10.00	-0.29
---	**---**
---	---
---	---
+9.56	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT — - Haigis - a0: -0.111 a1: +0.249 a2: +0.179

IOL (D)	Ref (D)
+10.50	-0.61
+10.00	-0.27
+9.50	**+0.06**
+9.00	+0.39
+8.50	+0.71
+9.59	Emetropía

TK PhysIOL ISOPURE 123 — - Haigis - a0: +1.700 a1: +0.400 a2: +0.100

IOL (D)	Ref (D)
---	---
---	---
---	**---**
---	---
---	---
+9.86	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO		
Fecha de nacim.	05/jun./1979	Sexo	Masculino
ID del paciente	20743		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 26.60 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Cilindro: -4.45 D. Nota: Fuerte astigmatismo.

OD derecho — Análisis

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	26.60 mm	SD:	13 µm	WTW:	11.9 mm	Ix:	+0.1 mm
CCT:	559 µm	SD:	4 µm	P:	3.1 mm	Iy:	-0.1 mm
ACD:	3.84 mm	SD:	6 µm			CW-chord:	0.1 mm @ 27°
LT:	4.09 mm	SD:	8 µm				


SE:	44.42 D		SD:	0.04 D	TSE:	44.47 D		SD: 0.03 D
K1:	42.31 D	@ 167°	SD:	0.05 D	TK1:	42.46 D	@ 167°	SD: 0.06 D
K2:	46.76 D	@ 77°	SD:	0.04 D	TK2:	46.68 D	@ 77°	SD: 0.02 D
ΔK:	-4.45 D	@ 167°			ΔTK:	-4.22 D	@ 167°	

Scan B




Fijación


Total Axial Power



Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO		
Fecha de nacim.	05/jun./1979	Sexo	Masculino
ID del paciente	20743		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OS: El valor de medición queratométrica no es seguro. OS: Longitud axial del ojo izquierdo 26.54 mm. - Nota: Ojo largo. OS: Cilindro: -3.8 2 D. Nota: Fuerte astigmatismo.

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	26.54 mm	SD:	11 µm	WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.2 mm Iy: +0.0 mm
CCT:	555 µm	SD:	4 µm	P:	3.2 mm	CW-chord:	0.2 mm @ 158°
ACD:	3.93 mm	SD:	6 µm				
LT:	4.00 mm	SD:	13 µm				


SE:	44.95 D	(!)	SD: 0.04 D	TSE:	44.99 D	(!)	SD: 0.13 D
K1:	43.13 D	@ 26°	SD: 0.01 D	TK1:	43.20 D	@ 27°	SD: 0.04 D
K2:	46.95 D	@ 116°	SD: 0.10 D	TK2:	46.92 D	@ 117°	SD: 0.24 D
ΔK:	-3.82 D	@ 26°		ΔTK:	-3.72 D	@ 27°	


Scan B | Fijación



Total Axial Power (!) | Queratometría | Blanco a blanco







(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO		
Fecha de nacim.	05/jun./1979	Sexo	Masculino
ID del paciente	20743		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

Valores biométricos

OD derecho

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: **26.60** mm SD: 13 µm
CCT: **559** µm SD: 4 µm
ACD: **3.84** mm SD: 6 µm
LT: **4.09** mm SD: 8 µm

AL	CCT	ACD	LT
26.59 mm	558 µm	3.83 mm	4.09 mm
26.60 mm	560 µm	3.84 mm	4.08 mm
26.60 mm	555 µm	3.84 mm	4.08 mm
26.61 mm	557 µm	3.84 mm	4.09 mm
26.61 mm	565 µm	3.85 mm	4.09 mm
26.60 mm	559 µm	3.84 mm	4.08 mm

Valores de la córnea

SE: **44.42** D SD: 0.04 D
K1: **42.31** D @ **167**° SD: 0.05 D
K2: **46.76** D @ **77**° SD: 0.04 D
ΔK: **-4.45** D @ **167**°

SE: 44.46 D ΔK: -4.41 D @ 168°
SE: 44.43 D ΔK: -4.48 D @ 167°
SE: 44.38 D ΔK: -4.47 D @ 167°

TSE: **44.47** D SD: 0.03 D
TK1: **42.46** D @ **167**° SD: 0.06 D
TK2: **46.68** D @ **77**° SD: 0.02 D
ΔTK: **-4.22** D @ **167**°

TSE: 44.49 D ΔTK: -4.14 D @ 167°
TSE: 44.49 D ΔTK: -4.25 D @ 166°
TSE: 44.43 D ΔTK: -4.29 D @ 166°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 11.9 mm lx: +0.1 mm ly: -0.1 mm
P: 3.1 mm CW-chord: 0.1 mm @ 27°

Se ha guardado la imagen

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: **26.54** mm SD: 11 µm
CCT: **555** µm SD: 4 µm
ACD: **3.93** mm SD: 6 µm
LT: **4.00** mm SD: 13 µm

AL	CCT	ACD	LT
26.53 mm	550 µm	3.92 mm	4.00 mm
26.54 mm	553 µm	3.92 mm	4.00 mm
26.52 mm	557 µm	3.93 mm	4.00 mm
26.54 mm	556 µm	3.93 mm	4.01 mm
26.55 mm	558 µm	3.93 mm	4.00 mm
26.55 mm	555 µm	3.93 mm	4.00 mm

Valores de la córnea

SE: **44.95** D (!) SD: 0.04 D
K1: **43.13** D @ **26**° SD: 0.01 D
K2: **46.95** D @ **116**° SD: 0.10 D
ΔK: **-3.82** D @ **26**°

SE: 45.01 D ΔK: -4.02 D @ 27°
SE: 44.93 D ΔK: -3.76 D @ 26°
SE: 44.84 D ΔK: -3.63 D @ 24°

TSE: **44.99** D (!) SD: 0.13 D
TK1: **43.20** D @ **27**° SD: 0.04 D
TK2: **46.92** D @ **117**° SD: 0.24 D
ΔTK: **-3.72** D @ **27**°

TSE: 45.05 D ΔTK: -3.94 D @ 28°
TSE: 45.01 D ΔTK: -3.70 D @ 27°
TSE: 44.82 D ΔTK: -3.47 D @ 24°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 11.8 mm lx: -0.2 mm ly: +0.0 mm
P: 3.2 mm CW-chord: 0.2 mm @ 158°

Se ha guardado la imagen (!)

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO		
Fecha de nacim.	05/jun./1979	Sexo	Masculino
ID del paciente	20743		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OD: Longitud axial del ojo derecho 26.60 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Cilindro: -4.45 D. Nota: Fuerte astigmatismo.

OD derecho


Reference Image

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	26.60 mm			SE:	44.42 D	TSE:	44.47 D
ACD:	3.84 mm			K1:	42.31 D @ 167°	TK1:	42.46 D @ 167°
LT:	4.09 mm			K2:	46.76 D @ 77°	TK2:	46.68 D @ 77°
WTW:	11.9 mm	Ix:	+0.1 mm Iy: -0.1 mm	ΔK:	-4.45 D @ 167°	ΔTK:	-4.22 D @ 167°
P:	3.1 mm	CW-chord:	0.1 mm @ 27°				



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO		
Fecha de nacim.	05/jun./1979	Sexo	Masculino
ID del paciente	20743		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

! OS: El valor de medición queratométrica no es seguro. OS: Longitud axial del ojo izquierdo 26.54 mm. - Nota: Ojo largo. OS: Cilindro: -3.82 D. Nota: Fuerte astigmatismo.

Reference Image


OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Fáquica	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	26.54 mm			SE:	44.95 D	(!)	TSE:	44.99 D	(!)
ACD:	3.93 mm			K1:	43.13 D	@ 26°	TK1:	43.20 D	@ 27°
LT:	4.00 mm			K2:	46.95 D	@ 116°	TK2:	46.92 D	@ 117°
WTW:	11.8 mm	Ix:	-0.2 mm Iy: +0.0 mm	ΔK:	-3.82 D	@ 26°	ΔTK:	-3.72 D	@ 27°
P:	3.2 mm	CW-chord:	0.2 mm @ 158°					



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	GUTIERREZ SOSA, GEIDER ARMANDO		
Fecha de nacim.	05/jun./1979	Sexo	Masculino
ID del paciente	20743		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	25/may./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	25/may./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

Advertencias relativas a mediciones

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 26.60 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Cilindro: -4.45 D. Nota: Fuerte astigmatismo.

[OS]

OS: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OS: Longitud axial del ojo izquierdo 26.54 mm. - Nota: Ojo largo.

OS: Cilindro: -3.82 D. Nota: Fuerte astigmatismo.

Comentarios

ID.CATARATA,GLAUCOMA.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved