CÁLCULO DE IOL

Paciente	**ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	30/abr./1954		
Sexo	Femenino		
ID paciente	21134		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **20/ago./2026** Fecha verif. calibración: **20/ago./2026**de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD derecho				OS izquierdo			
LS	Seudofáquico	LVC	No tratado	LS	Seudofáquico	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA	0.35 D Inc 135°

VALORES BIOMÉTRICOS

(n=1.3375) — ! Valor límite * valor editado manualmente

OD derecho					OS izquierdo				
AL	**23.16 mm**		WTW	12.0 mm	**AL**	**23.10 mm**		WTW	12.3 mm
ACD	4.36 mm	(!)	Pupila	2.9 mm	ACD	---		Pupila	3.5 mm
LT	---		Ix / Iy	+0.5 mm /+0.2 mm	LT	---		Ix / Iy	-0.4 mm /+0.1 mm
CCT	535 µm		Kappa	0.5 mm @ 221°	CCT	533 µm		Kappa	0.2 mm @ 332°
Ast. K	**-0.28 D**	**@ 15°**	**Ast. TK**	**-0.24 D @ 39°**	**Ast. K**	**-0.41 D**	**@ 143°**	**Ast. TK**	**-0.48 D @ 134°**
Avg. K	44.40 D		Avg. TK	44.58 D	Avg. K	43.97 D		Avg. TK	44.08 D
K1	44.26 D	@ 15°	TK1	44.46 D @ 39°	K1	43.77 D	@ 143°	TK1	43.85 D @ 134°
K2	44.54 D	@ 105°	TK2	44.71 D @ 129°	K2	44.18 D	@ 53°	TK2	44.32 D @ 44°

CÁLCULO DE IOL

⟲ Rotación del eje

CT LUCIA 202 (OD)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.77
+22.00	-0.43
+21.50	**-0.10**
+21.00	+0.24
+21.36	0.00

A 119.10

Clareon CNA0T0 (OD)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.56
+22.00	-0.23
+21.50	**+0.10**
+21.00	+0.43
+21.66	0.00

A 119.33

Clareon CNA0T0 (OD)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.56
+22.00	-0.23
+21.50	**+0.10**
+21.00	+0.43
+21.66	0.00

A 119.33

CT LUCIA 202 (OS)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.62
+22.50	-0.28
+22.00	**+0.06**
+21.50	+0.39
+22.09	0.00

A 119.10

Clareon CNA0T0 (OS)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+23.50	-0.75
+23.00	-0.41
+22.50	**-0.07**
+22.00	+0.26
+22.39	0.00

A 119.33

Clareon CNA0T0 (OS)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+23.50	-0.75
+23.00	-0.41
+22.50	**-0.07**
+22.00	+0.26
+22.39	0.00

A 119.33

CT ASPHINA 509MP (OD)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+21.00	-0.85
+20.50	-0.49
+20.00	**-0.13**
+19.50	+0.23
+19.82	0.00

A 117.84

Akreos Adapt AO (OD)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.71
+21.00	-0.36
+20.50	**-0.01**
+20.00	+0.33
+20.48	0.00

A 118.40

CT LUCIA 221P (OD)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+23.50	-0.79
+23.00	-0.46
+22.50	**-0.14**
+22.00	+0.19
+22.29	0.00

A 119.80

CT ASPHINA 509MP (OS)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.72
+21.00	-0.35
+20.50	**+0.01**
+20.00	+0.36
+20.51	0.00

A 117.84

Akreos Adapt AO (OS)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.57
+21.50	-0.22
+21.00	**+0.13**
+20.50	+0.48
+21.19	0.00

A 118.40

CT LUCIA 221P (OS)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+24.00	-0.63
+23.50	-0.30
+23.00	**+0.03**
+22.50	+0.35
+23.04	0.00

A 119.80

CT LUCIA 621P (OD)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.52
+22.50	-0.20
+22.00	**+0.12**
+21.50	+0.44
+22.19	0.00

A 119.73

AcrySof SA60AT (OD)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.70
+21.50	-0.36
+21.00	**-0.02**
+20.50	+0.32
+20.97	0.00

A 118.80

PY-60AD (OD)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.53
+21.00	-0.19
+20.50	**+0.15**
+20.00	+0.49
+20.73	0.00

A 118.60

CT LUCIA 621P (OS)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+24.00	-0.70
+23.50	-0.37
+23.00	**-0.04**
+22.50	+0.29
+22.94	0.00

A 119.73

AcrySof SA60AT (OS)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.56
+22.00	-0.21
+21.50	**+0.13**
+21.00	+0.47
+21.69	0.00

A 118.80

PY-60AD (OS)

SRK®/T — TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.74
+22.00	-0.39
+21.50	**-0.04**
+21.00	+0.30
+21.44	0.00

A 118.60

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

CÁLCULO DE IOL

Paciente	**ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA**	Clinica MEDYTEC	
Fecha de nacimie...	30/abr./1954		
Sexo	Femenino		
ID paciente	21134		
Médico	Surgeon	Fecha de la medición **20/ago./2026** Fecha verif. calibración: **20/ago./2026**de **Surgeon**	Resultado **Aceptar**

! Compruebe las advertencias en todas las páginas.

OD derecho

CÁLCULO DE IOL

izquierdo OS

AR40e

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.79
+21.50	-0.44
+21.00	**-0.10**
+20.50	+0.24
+20.85	0.00

A 118.70

CT SPHERIS 204

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
+21.50	-0.80
+21.00	-0.45
+20.50	**-0.10**
+20.00	+0.25
+20.36	0.00

A 118.30

AcrySof MA60AC

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.68
+22.00	-0.34
+21.50	**-0.01**
+21.00	+0.32
+21.49	0.00

A 119.20

AR40e

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
+22.50	-0.65
+22.00	-0.30
+21.50	**+0.05**
+21.00	+0.39
+21.57	0.00

A 118.70

CT SPHERIS 204

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
+22.00	-0.66
+21.50	-0.31
+21.00	**+0.05**
+20.50	+0.39
+21.07	0.00

A 118.30

AcrySof MA60AC

SRK®/T TK

IOL	Res. SE
+23.00	-0.53
+22.50	-0.19
+22.00	**+0.15**
+21.50	+0.48
+22.22	0.00

A 119.20

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MEDICIONES

Paciente	**ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA**
Fecha de nacimie...	30/abr./1954
Sexo	Femenino
ID paciente	21134
Médico	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com

Fecha de la medición **20/ago./2026** Fecha verif. calibración: **20/ago./2026**de **Surgeon** Resultado **Aceptar**

!

OD derecho — Estatus del ojo — izquierdo OS

OD				OS			
LS	Seudofáquico	LVC	No tratado	LS	Seudofáquico	LVC	No tratado
VS	Humor vítreo	Modo LVC	-	VS	Humor vítreo	Modo LVC	-
Refr. dest.	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...	**Refr. dest.**	**+0.00 D**	SIA +0.35 D	Inc 1...


(n=1.3375) VALORES BIOMÉTRICOS ! Valor límite * valor editado manualmente

OD					OS				
AL	**23.16 mm**	SD 8 µm	WTW	12.0 mm	**AL**	**23.10 mm**	SD 9 µm	WTW	12.3 mm
ACD	4.36 mm (!)	SD 12 µm	Pupila	2.9 mm	ACD	---		Pupila	3.5 mm
LT	---		Ix / Iy	+0.5 mm / +0.2 mm	LT	---		Ix / Iy	-0.4 mm / +0.1 mm
CCT	535 µm	SD 3 µm	Kappa	0.5 mm @ 221 °	CCT	533 µm	SD 3 µm	Kappa	0.2 mm @ 332 °


OD				OS			
Ast. K	**-0.28 D @ 15°**			**Ast. K**	**-0.41 D @ 143°**		
Avg. K	44.40 D	SD 0.01 D		Avg. K	43.97 D	SD 0.02 D	
K1	44.26 D @ 15°	SD 0.02 D		K1	43.77 D @ 143°	SD 0.02 D	
K2	44.54 D @ 105°	SD 0.02 D		K2	44.18 D @ 53°	SD 0.02 D	
Ast. TK	**-0.24 D @ 39°**			**Ast. TK**	**-0.48 D @ 134°**		
Avg. TK	44.58 D	SD 0.06 D		Avg. TK	44.08 D	SD 0.05 D	
TK1	44.46 D @ 39°	SD 0.08 D		TK1	43.85 D @ 134°	SD 0.08 D	
TK2	44.71 D @ 129°	SD 0.05 D		TK2	44.32 D @ 44°	SD 0.02 D	

MEDICIONES

ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER




Ast. TK
-0.24 D @ 39°


FIJACIÓN




QUERATOMETRÍA




BLANCO-A-BLANCO



ESCANEO DE CÓRNEA A RETINA




TOTAL AXIAL POWER




Ast. TK
-0.48 D @ 134°


FIJACIÓN



QUERATOMETRÍA



BLANCO-A-BLANCO



Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA		
Fecha de nacim.	30/abr./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	21134		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	20/ago./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	20/ago./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

Cálculo de IOL

OD derecho

Estatus del ojo

LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	23.16 mm	SD:	8 µm				
ACD:	4.36 mm (!)	SD:	12 µm				
LT:	---						
WTW:	12.0 mm						
SE:	44.40 D	SD:	0.01 D	K1:	44.26 D	@	15°
ΔK:	-0.28 D	@	15°	K2:	44.54 D	@	105°
TSE:	44.58 D	SD:	0.06 D	TK1:	44.46 D	@	39°
ΔTK:	-0.24 D	@	39°	TK2:	44.71 D	@	129°

TK ZEISS CT LUCIA 202

- SRK®/T -
A: 119.10

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.77
+22.00	-0.43
+21.50	**-0.10**
+21.00	+0.24
+20.50	+0.56
+21.36	Emetropía

TK Alcon Clareon CNA0T0

- SRK®/T -
A: 119.33

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.56
+22.00	-0.23
+21.50	**+0.10**
+21.00	+0.43
+20.50	+0.75
+21.66	Emetropía

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- SRK®/T -
A: 117.84

IOL (D)	Ref (D)
+21.00	-0.85
+20.50	-0.49
+20.00	**-0.13**
+19.50	+0.23
+19.00	+0.57
+19.82	Emetropía

TK Alcon Clareon CNA0T0

- SRK®/T -
A: 119.33

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.56
+22.00	-0.23
+21.50	**+0.10**
+21.00	+0.43
+20.50	+0.75
+21.66	Emetropía

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	23.10 mm	SD:	9 µm				
ACD:	---						
LT:	---						
WTW:	12.3 mm						
SE:	43.97 D	SD:	0.02 D	K1:	43.77 D	@	143°
ΔK:	-0.41 D	@	143°	K2:	44.18 D	@	53°
TSE:	44.08 D	SD:	0.05 D	TK1:	43.85 D	@	134°
ΔTK:	-0.48 D	@	134°	TK2:	44.32 D	@	44°

TK ZEISS CT LUCIA 202

- SRK®/T -
A: 119.10

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.62
+22.50	-0.28
+22.00	**+0.06**
+21.50	+0.39
+21.00	+0.72
+22.09	Emetropía

TK Alcon Clareon CNA0T0

- SRK®/T -
A: 119.33

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.75
+23.00	-0.41
+22.50	**-0.07**
+22.00	+0.26
+21.50	+0.59
+22.39	Emetropía

TK ZEISS CT ASPHINA 509MP

- SRK®/T -
A: 117.84

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.72
+21.00	-0.35
+20.50	**+0.01**
+20.00	+0.36
+19.50	+0.72
+20.51	Emetropía

TK Alcon Clareon CNA0T0

- SRK®/T -
A: 119.33

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.75
+23.00	-0.41
+22.50	**-0.07**
+22.00	+0.26
+21.50	+0.59
+22.39	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA
Fecha de nacim.	30/abr./1954
Sexo	Femenino
ID del paciente	21134
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	20/ago./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	20/ago./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

Cálculo de IOL

OD derecho

Estatus del ojo

LS: Seudofáquico — VS: Humor vítreo
Ref: --- — VA: ---
LVC: No tratado — Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D — SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL: 23.16 mm — SD: 8 µm
ACD: 4.36 mm (!) — SD: 12 µm
LT: ---
WTW: 12.0 mm
SE: 44.40 D — SD: 0.01 D — K1: 44.26 D @ 15°
ΔK: -0.28 D @ 15° — K2: 44.54 D @105°
TSE: 44.58 D — SD: 0.06 D — TK1: 44.46 D @ 39°
ΔTK: -0.24 D @ 39° — TK2: 44.71 D @129°

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt AO
- SRK®/T -
A: 118.40

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.71
+21.00	-0.36
+20.50	**-0.01**
+20.00	+0.33
+19.50	+0.67
+20.48	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P
- SRK®/T -
A: 119.80

IOL (D)	Ref (D)
+23.50	-0.79
+23.00	-0.46
+22.50	**-0.14**
+22.00	+0.19
+21.50	+0.50
+22.29	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P
- SRK®/T -
A: 119.73

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.52
+22.50	-0.20
+22.00	**+0.12**
+21.50	+0.44
+21.00	+0.76
+22.19	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT
- SRK®/T -
A: 118.80

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.70
+21.50	-0.36
+21.00	**-0.02**
+20.50	+0.32
+20.00	+0.65
+20.97	Emetropía

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS: Seudofáquico — VS: Humor vítreo
Ref: --- — VA: ---
LVC: No tratado — Modo LVC: -
Refr. dest.: +0.00 D — SIA: +0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL: 23.10 mm — SD: 9 µm
ACD: ---
LT: ---
WTW: 12.3 mm
SE: 43.97 D — SD: 0.02 D — K1: 43.77 D @143°
ΔK: -0.41 D @143° — K2: 44.18 D @ 53°
TSE: 44.08 D — SD: 0.05 D — TK1: 43.85 D @134°
ΔTK: -0.48 D @134° — TK2: 44.32 D @ 44°

TK Bausch + Lomb Akreos Adapt AO
- SRK®/T -
A: 118.40

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.57
+21.50	-0.22
+21.00	**+0.13**
+20.50	+0.48
+20.00	+0.82
+21.19	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 221P
- SRK®/T -
A: 119.80

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.63
+23.50	-0.30
+23.00	**+0.03**
+22.50	+0.35
+22.00	+0.67
+23.04	Emetropía

TK ZEISS CT LUCIA 621P
- SRK®/T -
A: 119.73

IOL (D)	Ref (D)
+24.00	-0.70
+23.50	-0.37
+23.00	**-0.04**
+22.50	+0.29
+22.00	+0.61
+22.94	Emetropía

TK Alcon AcrySof SA60AT
- SRK®/T -
A: 118.80

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.56
+22.00	-0.21
+21.50	**+0.13**
+21.00	+0.47
+20.50	+0.81
+21.69	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA
Fecha de nacim.	30/abr./1954
Sexo	Femenino
ID del paciente	21134
Médico	Surgeon
Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	20/ago./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	20/ago./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

Cálculo de IOL

OD derecho

Estatus del ojo

LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	23.16 mm	SD:	8 µm				
ACD:	4.36 mm (!)	SD:	12 µm				
LT:	---						
WTW:	12.0 mm						
SE:	44.40 D	SD:	0.01 D	K1:	44.26 D	@	15°
ΔK:	-0.28 D	@	15°	K2:	44.54 D	@	105°
TSE:	44.58 D	SD:	0.06 D	TK1:	44.46 D	@	39°
ΔTK:	-0.24 D	@	39°	TK2:	44.71 D	@	129°

TK HOYA PY-60AD

- SRK®/T -
A: 118.60

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.53
+21.00	-0.19
+20.50	**+0.15**
+20.00	+0.49
+19.50	+0.82
+20.73	Emetropía

TK Johnson and Johnson Vision AR40e

- SRK®/T -
A: 118.70

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.79
+21.50	-0.44
+21.00	**-0.10**
+20.50	+0.24
+20.00	+0.57
+20.85	Emetropía

TK ZEISS CT SPHERIS 204

- SRK®/T -
A: 118.30

IOL (D)	Ref (D)
+21.50	-0.80
+21.00	-0.45
+20.50	**-0.10**
+20.00	+0.25
+19.50	+0.59
+20.36	Emetropía

TK Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -
A: 119.20

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.68
+22.00	-0.34
+21.50	**-0.01**
+21.00	+0.32
+20.50	+0.65
+21.49	Emetropía

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo
Ref:	---	VA:	---
LVC:	No tratado	Modo LVC:	-
Refr. dest.:	+0.00 D	SIA:	+0.35 D @ 135°

Valores biométricos

AL:	23.10 mm	SD:	9 µm				
ACD:	---						
LT:	---						
WTW:	12.3 mm						
SE:	43.97 D	SD:	0.02 D	K1:	43.77 D	@	143°
ΔK:	-0.41 D	@	143°	K2:	44.18 D	@	53°
TSE:	44.08 D	SD:	0.05 D	TK1:	43.85 D	@	134°
ΔTK:	-0.48 D	@	134°	TK2:	44.32 D	@	44°

TK HOYA PY-60AD

- SRK®/T -
A: 118.60

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.74
+22.00	-0.39
+21.50	**-0.04**
+21.00	+0.30
+20.50	+0.64
+21.44	Emetropía

TK Johnson and Johnson Vision AR40e

- SRK®/T -
A: 118.70

IOL (D)	Ref (D)
+22.50	-0.65
+22.00	-0.30
+21.50	**+0.05**
+21.00	+0.39
+20.50	+0.72
+21.57	Emetropía

TK ZEISS CT SPHERIS 204

- SRK®/T -
A: 118.30

IOL (D)	Ref (D)
+22.00	-0.66
+21.50	-0.31
+21.00	**+0.05**
+20.50	+0.39
+20.00	+0.74
+21.07	Emetropía

TK Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -
A: 119.20

IOL (D)	Ref (D)
+23.00	-0.53
+22.50	-0.19
+22.00	**+0.15**
+21.50	+0.48
+21.00	+0.81
+22.22	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA		
Fecha de nacim.	30/abr./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	21134		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	20/ago./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	20/ago./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.16 mm	SD:	8 µm	WTW:	12.0 mm	Ix:	+0.5 mm Iy: +0.2 mm
CCT:	535 µm	SD:	3 µm	P:	2.9 mm	CW-chord:	0.5 mm @ 221°
ACD:	4.36 mm (!)	SD:	12 µm				
LT:	---						


SE:	44.40 D		SD: 0.01 D	TSE:	44.58 D		SD: 0.06 D
K1:	44.26 D	@ 15°	SD: 0.02 D	TK1:	44.46 D	@ 39°	SD: 0.08 D
K2:	44.54 D	@ 105°	SD: 0.02 D	TK2:	44.71 D	@ 129°	SD: 0.05 D
ΔK:	-0.28 D	@ 15°		ΔTK:	-0.24 D	@ 39°	

Scan B




Fijación


Total Axial Power



Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA		
Fecha de nacim.	30/abr./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	21134		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	20/ago./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	20/ago./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Análisis

OS izquierdo

Estatus del ojo


LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos


AL:	23.10 mm	SD:	9 µm	WTW:	12.3 mm	Ix:	-0.4 mm
CCT:	533 µm	SD:	3 µm	P:	3.5 mm	Iy:	+0.1 mm
ACD:	---					CW-chord:	0.2 mm @ 332°
LT:	---						

SE:	43.97 D		SD:	0.02 D	TSE:	44.08 D		SD: 0.05 D
K1:	43.77 D	@ 143°	SD:	0.02 D	TK1:	43.85 D	@ 134°	SD: 0.08 D
K2:	44.18 D	@ 53°	SD:	0.02 D	TK2:	44.32 D	@ 44°	SD: 0.02 D
ΔK:	-0.41 D	@ 143°			ΔTK:	-0.48 D	@ 134°	


Scan B




Fijación




Total Axial Power



Queratometría



Blanco a blanco



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA		
Fecha de nacim.	30/abr./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	21134		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC
Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida
999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	20/ago./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	20/ago./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Valores biométricos

OD derecho

Estatus del ojo

LS: Seudofáquico VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: **23.16** mm SD: 8 µm
CCT: **535** µm SD: 3 µm
ACD: **4.36** mm (!) SD: 12 µm
LT: **---**

AL	CCT	ACD	LT
23.15 mm	532 µm	---	---
23.15 mm	531 µm	---	---
23.17 mm	534 µm	---	---
23.16 mm	538 µm	---	---
23.17 mm	537 µm	---	---
23.16 mm	535 µm	---	---

Valores de la córnea

SE: **44.40** D SD: 0.01 D
K1: **44.26** D @ **15°** SD: 0.02 D
K2: **44.54** D @ **105°** SD: 0.02 D
ΔK: **-0.28** D @ **15°**

SE:	44.40 D	ΔK:	-0.23 D	@	15°
SE:	44.40 D	ΔK:	-0.28 D	@	16°
SE:	44.40 D	ΔK:	-0.31 D	@	15°

TSE: **44.58** D SD: 0.06 D
TK1: **44.46** D @ **39°** SD: 0.08 D
TK2: **44.71** D @ **129°** SD: 0.05 D
ΔTK: **-0.24** D @ **39°**

TSE:	44.65 D	ΔTK:	-0.25 D	@	20°
TSE:	44.54 D	ΔTK:	-0.31 D	@	40°
TSE:	44.54 D	ΔTK:	-0.29 D	@	57°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 12.0 mm lx: +0.5 mm ly: +0.2 mm
P: 2.9 mm CW-chord: 0.5 mm @ 221°

Se ha guardado la imagen

OS izquierdo

Estatus del ojo

LS: Seudofáquico VS: Humor vítreo
Ref: --- VA: ---
LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: **23.10** mm SD: 9 µm
CCT: **533** µm SD: 3 µm
ACD: **---**
LT: **---**

AL	CCT	ACD	LT
23.10 mm	533 µm	4.40 mm	---
23.11 mm	532 µm	---	---
23.09 mm	532 µm	---	---
23.10 mm	534 µm	---	---
23.10 mm	532 µm	---	---
23.10 mm	535 µm	---	---

Valores de la córnea

SE: **43.97** D SD: 0.02 D
K1: **43.77** D @ **143°** SD: 0.02 D
K2: **44.18** D @ **53°** SD: 0.02 D
ΔK: **-0.41** D @ **143°**

SE:	43.98 D	ΔK:	-0.40 D	@	141°
SE:	43.99 D	ΔK:	-0.42 D	@	144°
SE:	43.96 D	ΔK:	-0.41 D	@	144°

TSE: **44.08** D SD: 0.05 D
TK1: **43.85** D @ **134°** SD: 0.08 D
TK2: **44.32** D @ **44°** SD: 0.02 D
ΔTK: **-0.48** D @ **134°**

TSE:	44.14 D	ΔTK:	-0.40 D	@	134°
TSE:	44.06 D	ΔTK:	-0.52 D	@	133°
TSE:	44.05 D	ΔTK:	-0.50 D	@	134°

Valores de blanco a blanco y de pupila

WTW: 12.3 mm lx: -0.4 mm ly: +0.1 mm
P: 3.5 mm CW-chord: 0.2 mm @ 332°

Se ha guardado la imagen

Reference Image

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA		
Fecha de nacim.	30/abr./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	21134		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	20/ago./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	20/ago./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

OD derecho

Reference Image


Estatus del ojo

LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.16 mm			SE:	44.40 D		
ACD:	4.36 mm (!)			K1:	44.26 D	@	15°
LT:	---			K2:	44.54 D	@	105°
WTW:	12.0 mm	Ix:	+0.5 mm	ΔK:	-0.28 D	@	15°
P:	2.9 mm	Iy:	+0.2 mm				
		CW-chord:	0.5 mm @ 221°				

TSE:	44.58 D				
TK1:	44.46 D	@	39°		
TK2:	44.71 D	@	129°		
ΔTK:	-0.24 D	@	39°		



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente	ESQUIVEL BACELIS, BERTHA MARIA		
Fecha de nacim.	30/abr./1954	Sexo	Femenino
ID del paciente	21134		
Médico	Surgeon	Operador	Surgeon

Clinica MEDYTEC

Calle 54 364L, Centro, 97000, Merida

999 926 8619
info@clinicamedytec.com
www.clinicamedytec.com

Fecha verif. calibración:	20/ago./2026	de:	Surgeon	Resultado:	Aceptar
Fecha de la medición:	20/ago./2026	n:	1.3375	CVD:	12.00 mm

!

Reference Image

OS izquierdo


Estatus del ojo

LS:	Seudofáquico	VS:	Humor vítreo	LVC:	No tratado
Ref:	---	VA:	---		

Valores biométricos

AL:	23.10 mm			SE:	43.97 D		
ACD:	---			K1:	43.77 D	@	143°
LT:	---			K2:	44.18 D	@	53°
WTW:	12.3 mm	Ix:	-0.4 mm	ΔK:	-0.41 D	@	143°
P:	3.5 mm	Iy:	+0.1 mm				
		CW-chord:	0.2 mm @ 332°				

TSE:	44.08 D		
TK1:	43.85 D	@	134°
TK2:	44.32 D	@	44°
ΔTK:	-0.48 D	@	134°



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario
ID.PSEUDOFAQUIA AO,HTAS.

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved